

仕 様 書			
品 名	胎児超音波心音計		
納期等	当機器は、東館4階病棟に設置する予定。 納期：2025年3月31日（月） 詳細な納入時期等は落札後に福山市民病院が指定する。		
項目	名称	型式等	数量
1	胎児超音波心音計	【参考品】村中医療器株式会社 ソニケイド M80-000-20 SR2	1式
※参考機種以外で応札する場合はカタログ等仕様・構造が分かるものを提出すること。			
2	構成		
	本体		(1)
	超音波検査用ゲル		(1)
	キャリーバッグ		(1)
3	同等条件（以下の全ての条件を満たすこと。）		
	・サイズ：W75×D33×H140mm程度		
	・規格：2MHz 測定妊娠週 10～40週程度		
	・高解像度カラーディスプレイを有すること		
	・プローブホルダを有し、プローブが収納できること		
	・録音機能を有していること		
	・参考品と同様の構成を有すること		
4	その他		
	・福山市民病院の指定する場所に搬入・設置すること。		
	・搬入設置・調整については当院職員と調整のうえ適正に行うこと。		
	・納品機器に固定資産シールを貼り付けること。なお、シールは機器発注時に管理課より受け渡す。		
	・病院の指定する既存機器を引き取ること。		
	・通常使用による故障の場合は、機器納入後1年間は無償修理に応じること。 （ただし、1年間の無償修理に応じることができない正当な理由があり、事前に当院の承諾を得た場合はこの限りではない。）		
	・取扱については、現場の要望に応じ十分に説明すること。		
	・故障時は、速やかに対応できること。		